

Nettoyage et entretien de votre ventilation ou VPPC

Une révision de votre appareil est effectuée périodiquement et selon les recommandations de la LPPR (Liste des Produits et Prestations Remboursables) par un technicien **Ax'Air Santé**.

Néanmoins, entre chaque visite technique, nous vous recommandons d'être attentif au :

• Nettoyage de l'appareil

- N'oubliez pas de débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne l'immergez pas dans l'eau.
- L'appareil peut être nettoyé avec un tissu imbibé d'eau savonneuse , puis rincé avec un linge humecté d'eau.
- Laissez ensuite l'appareil sécher avant de le rebrancher.
- N'utilisez pas de poudre abrasive ou de solvants (alcool, acétone, etc ...) pour nettoyer l'appareil et ses accessoires.

• Nettoyage du filtre

- Chaque semaine le filtre doit être nettoyé.
- Pour cela, retirez le filtre situé à l'arrière de l'appareil.
- Lavez le à l'eau tiède savonneuse, puis rincez le à l'eau courante.
- Laissez sécher le filtre avant de le remonter.
- Attention : le non respect de cette consigne peut nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

• Nettoyage du masque et du circuit

- Lavez le masque tous les jours.
- Lavez le circuit une fois par semaine.
- Rincez les soigneusement à l'eau courante et laissez-les sécher.

• Nettoyage de l'humidificateur si vous en êtes équipés

- L'humidificateur, intégré à la machine, doit être vidé tous les jours .
- Les humidificateurs jetables doivent être changés régulièrement (pour la périodicité, un technicien **Ax'Air Santé** vous précisera la fréquence).
- Nettoyez le récipient à l'eau tiède avec quelques gouttes de vinaigre d'alcool de temps en temps pour éviter un dépôt de tartre.



Dans cette fiche

- Nettoyage de l'appareil
- Nettoyage du filtre
- Nettoyage du masque et du circuit
- Nettoyage de l'humidificateur