

# Ventilation non invasive - Incidents possibles

Incidents	Causes possibles	Solutions
Arrêt brutal du ventilateur  <b>AVANT TOUT RETIREZ VOTRE MASQUE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cordon d'alimentation débranché du côté machine et/ou du côté de la prise secteur.</li> <li>• Coupure de courant</li> <li>• Panne de l'appareil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rebranchez le cordon d'alimentation.</li> <li>• Vérifiez le disjoncteur de votre compteur électrique.</li> <li>• Contactez <b>Ax'Air Santé</b>.</li> </ul>
Eau dans les circuits	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Condensation liée à la respiration</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entre chaque séance de ventilation, débranchez le circuit et le suspendre pour qu'il sèche</li> <li>• Si le problème persiste, contactez <b>Ax'Air Santé</b>.</li> </ul>
Fuites d'air au niveau du masque	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masque mal positionné</li> <li>• Masque mal nettoyé</li> <li>• Masque mal assemblé</li> <li>• Masque inadapté</li> <li>• Masque usé ou endommagé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enlevez votre masque et prenez le temps de bien le repositionner.</li> <li>• Nettoyer le au savon doux</li> <li>• Enlevez votre masque et vérifiez l'assemblage et le bon état de l'ensemble des pièces le constituant.</li> <li>• Contactez <b>Ax'Air Santé</b>.</li> </ul>
Irritations des yeux	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fuites possibles d'air au niveau du masque.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procédez comme indiqué plus haut.</li> </ul>
Irritations au point d'appui de votre masque	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masque mal nettoyé</li> <li>• Harnais trop serré</li> <li>• Masque mal positionné, usé ou endommagé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le nettoyer à l'eau savonneuse, le rincer abondamment et le sécher avec un linge propre.</li> <li>• Resserrez légèrement le harnais et le réajustez</li> <li>• Contactez <b>Ax'Air Santé</b>.</li> </ul>
Sensation de ballonnement abdominal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passage d'une partie de l'air dans l'estomac</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ventiler en position semi-assise, la tête légèrement relevée.</li> <li>• Si persistance demandez conseil à votre médecin ou bien à <b>Ax'Air Santé</b>.</li> </ul>

Une sensation de dessèchement, pharyngé ou nasal, au réveil peut être liée au fait que vous dormez la bouche ouverte.

**En cas d'irritation au niveau du visage, si vous êtes sous oxygène :**

**ne jamais utiliser de crème ou une pommade contenant un corps gras.**

Alarmes et alertes du ventilateur : consulter la fiche technique de votre matériel ou contacter **Ax'Air Santé** .

## Dans cette fiche

- Incidents
- Causes possibles
- Solutions

